

2022年02月01日

ケアプロ JOYHAYASHI 殿

検体測定室連携協議会

## 検体測定室 第9回 HbA1c 外部精度管理調査 結果の件

拝啓 益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より検体測定室連携協議会の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度は、「検体測定室 第9回 HbA1c 外部精度管理調査」にご参加を頂き、厚くお礼申し上げます。ご参加頂きました 外部精度管理調査の結果について報告致します。また、参加証と第9回 HbA1c 外部精度管理調査報告書（全体）を併せてお送り致しますので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

「検体測定室のガイドライン」では、年に1回以上の外部精度管理調査が義務付けられております。当協議会では、会員様を対象とした HbA1c 及び脂質外部精度管理制度の運用を継続して行っていますので、外部精度管理調査へのご参加を頂き、利用者の皆様への信頼性の高い測定値のご提供にお役立て頂ければ幸いです。

今後とも宜しく願い申し上げます。

敬具

記

### ● 検体測定室 第9回 HbA1c 外部精度管理調査 結果

**結果：今回の外部精度管理調査で問題は認められませんでした。**

測定機器名：装置 B「コバス b 101 シリーズ」/ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

管理調査 ID：gaibu 2121001

試料 1	目標値：6.04 NGSP%				
	測定値（NGSP%）			目標値に対するの バイアス（NGSP%）	目標値に対するの 相対バイアス（%）
	1回目	2回目	平均値		
	6.30	6.30	6.30	0.26	4.3

  

試料 2	目標値：9.19 NGSP%				
	測定値（NGSP%）			目標値に対するの バイアス（NGSP%）	目標値に対するの 相対バイアス（%）
	1回目	2回目	平均値		
	9.4	9.4	9.40	0.21	2.3

以上



## 検体測定室連携協議会

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-8-15 イトーピア岩本町 1 丁目ビル 4 階

TEL：03-5833-7045 E-mail：info@yubisakiself.jp

2022年02月01日

ケアプロ JOYHAYASHI 殿

検体測定室連携協議会

## 検体測定室 第1回脂質 外部精度管理調査 結果の件

拝啓 益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より検体測定室連携協議会の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度は、「検体測定室第1回脂質 外部精度管理調査」にご参加を頂き、厚くお礼申し上げます。ご参加頂きました外部精度管理調査の結果について報告致します。また、参加証と第1回脂質 外部精度管理調査報告書（全体）を併せてお送り致しますので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

「検体測定室のガイドライン」では、年に1回以上の外部精度管理調査が義務付けられております。当協議会では、会員様を対象としたHbA1c及び脂質 外部精度管理制度の運用を継続して行っていますので、外部精度管理調査へのご参加を頂き、利用者の皆様への信頼性の高い測定値のご提供にお役立て頂ければ幸いです。

今後とも宜しく願い申し上げます。

敬具

記

### ● 検体測定室 第1回脂質 外部精度管理調査 結果

**結果：今回の外部精度管理調査で問題は認められませんでした。**

測定機器名：装置 B「コパス b 101 シリーズ」/ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

管理調査 ID：2121001

目標値 TC:163.2 mg/dL 中性脂肪:73.3 mg/dL HDL-C:54.3 mg/dL LDL-C:94.3 mg/dL					
TC	測定値 (mg/dL)			目標値に対するの バイアス (NGSP%)	目標値に対するの 相対バイアス (%)
	1回目	2回目	平均値		
	156	157	156.5	-6.7	-4.1
中性脂肪	測定値 (mg/dL)			目標値に対するの バイアス (NGSP%)	目標値に対するの 相対バイアス (%)
	1回目	2回目	平均値		
	74	74	74.0	0.7	1.0
HDL-C	測定値 (mg/dL)			目標値に対するの バイアス (NGSP%)	目標値に対するの 相対バイアス (%)
	1回目	2回目	平均値		
	57	58	57.5	3.2	5.9
LDL-C	測定値 (mg/dL)			目標値に対するの バイアス (NGSP%)	目標値に対するの 相対バイアス (%)
	1回目	2回目	平均値		
	84	84	84.0	-10.3	-10.9

以上



## 検体測定室連携協議会

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-8-15 イトーピア岩本町 1丁目ビル 4階

TEL：03-5833-7045 E-mail：info@yubisakiself.jp